



ЗАКАЗ №: 75257-A453C-00084673

ЗАКАЗЧИК: ООО "МЕЛИОР МЕДИКАЛ ГРУПП"



ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала: 15868 - ДЦ на Парнасе  
Договор: Оплата  
Фамилия: [REDACTED]  
Имя: [REDACTED]  
Отчество: [REDACTED]  
Пол: Мужской  
Возраст: 10.10.1979 (40 лет)

Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по тел. **8 800 222 48 38** (звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4041937878  
Вид материала: Венозная кровь

Регистрация: 12.01.2020 10:25:27  
Валидация (врач): 12.01.2020 18:44:53

Название/показатель	Результат	Предыдущий результат	Референсные значения *
<b>Тестостерон</b>			
Выполнено:			
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)			
Концентрация	↑ 52.600 нмоль/л	↑ 29.650 нмоль/л (от 08.12.19)	8.640 - 29.000

#### Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)

Выполнено:

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Концентрация	↑ 3.77 ммоль/л	3.00 ммоль/л (от 06.07.19)	0.00 - 3.30
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Интерпретация: пограничный уровень

#### Холестерол общий

Выполнено:

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Концентрация	↑ 5.22 ммоль/л	5.13 ммоль/л (от 08.12.19)	2.90 - 5.20
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Интерпретация: пограничный уровень

#### Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)

Выполнено:

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Концентрация	24.8 нмоль/л		18.3 - 54.1
--------------	--------------	--	-------------

#### Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)

Выполнено:

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Концентрация	1.30 ммоль/л	1.19 ммоль/л (от 06.07.19)	1.03 - 1.55
--------------	--------------	----------------------------	-------------

Интерпретация: нормальный уровень

#### Эстрадиол

Выполнено:

Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Концентрация	↓ 9.04 пг/мл	40.43 пг/мл (от 08.12.19)	11.26 - 43.25
--------------	--------------	---------------------------	---------------

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 12.01.2020 18:48:15

Заведующая лабораторией: \_\_\_\_\_ И.И. Скибо/

